

Số: 687/TMBG- BVPHCN
V/v Thư mời cung cấp báo giá
Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy
chụp cắt lớp vi tính, máy siêu âm và
điện tim năm 2024

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh và hoạt động về lĩnh vực trang thiết bị y tế trong và ngoài tỉnh

Hiện nay Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống chụp cắt lớp vi tính, máy siêu âm và máy điện tim. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn kính mời các đơn vị có đủ năng lực thực hiện cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa gửi bản báo giá. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: số 78 Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: **Lý Thị Hằng Nga**

- Số điện thoại: **0962 221 288**

- Địa chỉ Email: **khoaduoc.bvphcnls@gmail.com**

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Bộ phận văn thư, Khoa Dược- VT-TBYT Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ: số 78 Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn

Nhận qua Email: **khoaduoc.bvphcnls@gmail.com**

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 16 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h 00 ngày 27 tháng 8 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 17h00 ngày 26 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu của báo giá:

1. Danh mục dịch vụ. (Phụ lục 01 kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn

- Yêu cầu báo giá gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản thay thế vật tư tiêu hao và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

- Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký hợp đồng.

- Dự kiến về các điều khoản, tạm ứng thanh toán hợp đồng:
 - + Tạm ứng: Không áp dụng
 - + Thanh toán: Thời gian thanh toán theo điều khoản trong hợp đồng. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.
 - Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá.
 - Bảng báo giá: Phụ lục 02 kèm theo.
- Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đăng Website BV;
- Ban lãnh đạo Bv;
- Phòng KHTH, CTKT và ĐD;
- Lưu VT, Khoa Dược-VT-TBYT;

**GIÁM ĐỐC
KT PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hà Thúy Châm

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời báo giá số 647/TMBG-BVPHCN ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn.)

TT	Nội dung công việc
I	Yêu cầu chung
	<p>Lịch bảo dưỡng, sửa chữa: Đơn vị cung cấp dịch vụ phải thông báo trước với Bệnh viện trong vòng 01 tuần, ưu tiên lịch làm việc vào thứ 7, chủ nhật</p> <p>Thời gian hỗ trợ trực tuyến cho kỹ sư, y bác sĩ của Bệnh viện 24/24 vào các ngày trong tuần</p>
II	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
III	<p>BẢO DƯỠNG THỐNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CẤU HÌNH 16 ĐẦU THU 32 LÁT SỐ LƯỢNG 01</p> <p>Tên trang thiết bị y tế: Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính</p> <p>Model: AccessCT</p> <p>Hãng sản xuất: Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. - Trung Quốc</p> <p>Kỹ sư thực hiện bảo trì: Kỹ sư được đào tạo và có chứng chỉ kèm theo</p> <p>Thời gian kỹ sư có mặt để xử lý sự cố khi nhận được thông báo của Bệnh viện trong vòng 24 giờ</p> <p>1 Kiểm tra tổng thể tình trạng hệ thống</p> <p>Lập biên bản kiểm tra hệ thống trước khi thực hiện bảo dưỡng</p> <p>2 Bảo trì định kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bật hệ thống -Tắt hệ thống -Kiểm tra các bộ phận và chức năng gồm: Gantry, bàn bệnh nhân, tủ điều khiển, cân bằng đối trọng, cấp nguồn và tín hiệu, phụ kiện, bộ cân chuẩn máy -Kiểm tra các tem cảnh báo, nhãn mác -Tra mỡ cho trục motor nâng hạ bàn bệnh nhân -Tra mỡ cho ray trượt mặt bàn -Kiểm tra phanh Gantry -Kiểm tra hệ thống bàn bệnh nhân -Kiểm tra hệ thống làm mát -Vệ sinh vành slip ring

	<ul style="list-style-type: none"> -Vệ sinh, kiểm tra khoang máy, độ mòn và đề xuất thay thế chổi than nếu cần thiết -Kiểm tra vệ sinh hệ thống tấm lọc khí -Vệ sinh bộ tản nhiệt bóng -Đo trở kháng nổi đất -Kiểm tra toàn bộ hệ thống bóng phát tia, hiển thị tia X -Kiểm tra toàn bộ các cảm biến -Kiểm tra tủ điện, cáp điện -Kiểm tra hệ thống máy vi tính -Kiểm tra chất lượng hình ảnh -Lập biên bản sau khi bảo dưỡng <p>3 Một số yêu cầu khác</p> <p>Thiết bị sau khi bảo trì bảo dưỡng phải được kiểm tra chạy thử, lập báo cáo đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, các khuyến cáo cần thiết. thiết bị chỉ được nghiệm thu, đưa vào sử dụng khi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng</p> <p>Đơn vị bảo dưỡng chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố trong khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị, trừ các trường hợp bất khả kháng.</p>
IV	<p>BẢO DƯỠNG MÁY SIÊU ÂM MÀU 3 CHIỀU</p> <p>SỐ LƯỢNG 01</p> <p>Tên trang thiết bị y tế: Máy siêu âm màu 3 chiều</p> <p>Model: SSD-3500SX</p> <p>Hãng sản xuất: Aloka - Nhật Bản</p> <p>1 Kiểm tra tổng thể tình trạng máy</p> <p>Lập biên bản kiểm tra máy siêu âm trước khi thực hiện bảo dưỡng</p> <p>2 Bảo trì định kỳ</p> <p>Kiểm tra toàn bộ máy</p> <p>Kiểm tra vệ sinh bàn phím, màn hình, đầu dò</p> <p>Kiểm tra vệ sinh các bo mạch, quạt làm mát, hệ thống lọc bụi</p> <p>Kiểm tra chất lượng hình ảnh, các phần mềm</p> <p>3 Một số yêu cầu khác</p>

	<p>Thiết bị sau khi bảo trì bảo dưỡng phải được kiểm tra chạy thử, lập báo cáo đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, các khuyến cáo cần thiết. thiết bị chỉ được nghiệm thu, đưa vào sử dụng khi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng</p> <p>Đơn vị bảo dưỡng chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố trong khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị, trừ các trường hợp bất khả kháng.</p>
	<p>BẢO DƯỠNG MÁY SIÊU ÂM ĐEN TRẮNG SỐ LƯỢNG 01 Tên trang thiết bị y tế: Máy siêu âm đen trắng Model: Logiq 200 Pro Hãng sản xuất: GE Healthcare - Mỹ 1 Kiểm tra tổng thể tình Lập biên bản kiểm tra máy siêu âm trước khi thực hiện bảo dưỡng 2 Bảo trì định kỳ Kiểm tra toàn bộ máy Kiểm tra vệ sinh bàn phím, màn hình, đầu dò Kiểm tra vệ sinh các bo mạch, quạt làm mát, hệ thống lọc bụi Kiểm tra chất lượng hình ảnh, các phần mềm 3 Một số yêu cầu khác Thiết bị sau khi bảo trì bảo dưỡng phải được kiểm tra chạy thử, lập báo cáo đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, các khuyến cáo cần thiết. thiết bị chỉ được nghiệm thu, đưa vào sử dụng khi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng</p> <p>Đơn vị bảo dưỡng chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố trong khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị, trừ các trường hợp bất khả kháng.</p>
V	<p>BẢO DƯỠNG MÁY ĐIỆN TIM SỐ LƯỢNG 01 Tên trang thiết bị y tế: Máy điện tim Model: ECG-1250K Hãng sản xuất: Nihon Kohden - Nhật Bản 1 Kiểm tra tổng thể tình Lập biên bản kiểm tra máy siêu âm trước khi thực hiện bảo dưỡng 2 Bảo trì định kỳ</p>

Kiểm tra vệ sinh điện các điện cực

Kiểm tra vệ sinh toàn bộ máy

3 Một số yêu cầu khác

Thiết bị sau khi bảo trì bảo dưỡng phải được kiểm tra chạy thử, lập báo cáo đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, các khuyến cáo cần thiết. thiết bị chỉ được nghiệm thu, đưa vào sử dụng khi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng

Đơn vị bảo dưỡng chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố trong khi thực hiện bảo dưỡng thiết bị, trừ các trường hợp bất khả kháng.

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo thư mời báo giá số 617/TMBG-BVPHCN ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn.)

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1					
2					
...					
Tổng cộng:					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2024 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.,... tháng..... năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký, tên đóng dấu)